

سری سوال : یک ۱

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی :

تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی :

عنوان درس : شیمی تجزیه ۲

رشته تحصیلی / آندر درس : شیمی (شیمی تجزیه)، شیمی (کاربردی)، شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۰۲۳

استفاده از ماشین حساب مهندسی مجاز است

۱ - کدام گزینه در مورد واکنش در یک پیل الکتروشیمیابی صحیح است؟

۱. واکنش در توده محلول انجام می شود.
 ۲. واکنش کاهش در آند و اکسایش در کاتد اتفاق می افتد.
 ۳. واکنش در سطح مشترک الکترود - محلول انجام می شود.
 ۴. واکنش در لایه مضاعف الکتریکی انجام می شود.

۲ - کدام گزینه از مشخصات الکترود استاندارد هیدروژن است؟

۱. میله ای از فلز پلاتین در محلول دارای یون هیدروژن قرار داده می شود.
 ۲. در شرایط استاندارد، گاز هیدروژن با فشار یک اتمسفر به روی سطح پلاتین سیاه که در محلول دارای یون هیدروژن با فعالیت یک مولار قرار گرفته، هدایت می شود.
 ۳. در شرایط استاندارد (دما ۲۵ درجه سانتیگراد و فشار هوای یک اتمسفر) گاز هیدروژن روی میله پلاتین جذب می شود و سپس در محلول دارای یون هیدروژن قرار داده می شود.
 ۴. در شرایط استاندارد، گاز هیدروژن با فشار یک اتمسفر در محلول دارای یون هیدروژن قرار داده می شود.

۳ - پتانسیل الکترود مس در محلولی که فعالیت یون مس برابر ۰/۰۰۱ مولار است کدام است؟ پتانسیل استاندارد الکترود مس ۰/۳۴ ولت است.

۱. ۰/۲۵۱ ولت ۲. ۰/۳۰۷ ولت ۳. ۰/۴۲۹ ولت ۴. ۰/۴۲۹ ولت

۴ - کدام الکترود نوع اول زیر پتانسیل بسیار پایدار و تکرار پذیر ندارد؟

۱. الکترود نقره ۲. الکترود جیوه ۳. الکترود مس ۴. الکترود آهن

۵ - برای اندازه گیری یون کلرید با یک الکترود یون گزین، کدام الکترود به عنوان الکترود شاهد ترجیح دارد؟

۱. الکترود کالومل نرمال ۲. الکترود کالومل اشباع ۳. الکترود نقره - نقره کلرید ۴. الکترود جیوه - جیوه (I) سولفات

۶ - کدامیک بزرگترین خطای قلیایی را به وجود می آورد؟

۱. سدیم ۲. پتاسیم ۳. لیتیم ۴. کلسیم

۷ - کدام گزینه از مزایای الکترود شیشه ای نیست؟

۱. هیچ ماده آلاینده ای از این الکترود وارد محلول مورد سنجش نمی شود.
 ۲. مواد اکسنده یا کاهنده مزاحمتی روی الکترود ندارند.
 ۳. آن را می توان به اندازه کوچک ساخت و در حجم های بسیار کم محلول ها نیز قرار داد.
 ۴. به علت داشتن لایه آب پوشیده بیرونی و درونی، طول عمر کمی دارد و به سرعت مسموم می شود.

سری سوال : ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی :

تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی :

عنوان درس : شیمی تجزیه ۲

رشته تحصیلی / آندر درس : شیمی (کاربردی)، شیمی (کاربردی)، شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۰۲۳

۸ - کدام گزینه در مورد استفاده از قرص فشرده به عنوان غشای حالت جامد در الکترودهای یون گزین صحیح است؟

۱. برای افزایش مقاومت مکانیکی این قرص ها، از یک ماده غیر فعال، همراه با بلور یونی موجود در قرص استفاده می شود.
۲. چون ضخامت این قرص ها زیاد است، محلول مورد سنجش وارد الکترود نمی شود.
۳. الکترودهای یون گزین دارای قرص فشرده هنگام استفاده شکنندگی ندارند.
۴. هنگام استفاده از قرص فشرده باید مقدار زیادی ماده اتصال دهنده به کار برد تا باعث تماس دانه های بلور یونی درون غشاء به یکدیگر شود.

۹ - کدام مورد از شرایط روش پتانسیل سنجی است؟

۱. با تغییر پتانسیل الکتریکی پیل گالوانی، جریان الکتریکی عبور کرده از محلول که متناسب با غلظت است اندازه گیری می شود.
۲. نیروی الکتروموتوری پیل گالوانی زمانی که جریان الکتریکی از آن عبور نمی کند، یعنی در جریان صفر، اندازه گیری می شود.
۳. نیروی الکتروموتوری پیل گالوانی زمانی که جریان الکتریکی متغیری از آن عبور می کند، اندازه گیری می شود.
۴. با عبور جریان الکتریکی ثابت از محلول، نیروی الکتروموتوری آن اندازه گیری و مطابق رابطه نرنست به غلظت ارتباط داده می شود.

۱۰ - نقش مواد تنظیم کننده قدرت یونی در محلول مورد سنجش با روش های الکتروتجزیه ای چیست؟

۱. باعث کاهش مقاومت محلول در برابر عبور جریان الکتریکی و در نتیجه افزایش حساسیت روش می شود.
۲. باعث می شوند که بتوان در معادله نرنست به جای فعالیت از غلظت استفاده کرد.
۳. باعث می شوند که در معادله نرنست به جای غلظت از فعالیت استفاده شود و نتایج واقعی تری حاصل شود.
۴. باعث می شوند که گونه مورد تجزیه (آنالیت) در پتانسیل تعادلی خود در واکنش الکتروشیمیابی شرکت کند.

۱۱ - در مورد روش افزایش استاندارد در پتانسیل سنجی کدام گزینه درست است؟

۱. روش تفriق استاندارد نسبت به روش های افزایش استاندارد کاربرد بیشتری دارد، زیرا برای نمونه های مختلف قابل استفاده است.
۲. روش افزایش استاندارد، در موقعی که مقدار آنالیت در نمونه زیاد بوده و دارای مقدار کمی یون مزاحم است استفاده می شود.
۳. روش افزایش استاندارد متعدد در موقعی که نمونه دارای مقادیر زیادی یون مزاحم است استفاده می شود.
۴. چون روش افزایش استاندارد وقت گیر است و امکان آلودگی نمونه وجود دارد، کمتر از روش نمودار درجه بندی کاربرد دارد.

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی:


تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی:

عنوان درس: شیمی تجزیه ۲

رشته تحصیلی/آرد درس: شیمی (کاربردی)، شیمی (کاربردی)، شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۰۲۳

۱۲ - کدام گزینه در مورد روش های پتانسیل سنجی درست است؟

۱. چون قرار دادن الکترودها در محلول ساختار محلول را خراب نمی کند، جزء روش های غیر مخرب است.
۲. این روش را نمی توان برای تجزیه نمونه های آب و بخارات فرایندهای صنعتی، به صورت پیوسته استفاده کرد.
۳. به علت وجود پتانسیل اتصال مایع و چون نمی توان آن را کاهش داد، اغلب از صحت خوبی برخوردار نیستند.
۴. سنجش های حجمی پتانسیل سنجی برای واکنش های اکسایش - کاهش کاربرد دارد ولی برای سایر سنجش ها نمی توان به کار برد.

۱۳ - پتانسیل سلول گالوانی در نقطه هم ارزی، در تیتراسیون ۵۰ میلی لیتر محلول ۰/۰۱ مولار آهن (II) با محلول ۰/۰۱ مولار

۱. ۱/۱۵ ولت
۲. ۱/۰۶ ولت
۳. ۱/۱۰ ولت
۴. ۱/۰۳ ولت

۱۴ - کدام گزینه جزء مزایای سنجش حجمی به روش دیفرانسیل نیست؟

۱. به الکترود مرجع نیاز ندارد.
۲. صحت آن در حد پتانسیل سنجی مستقیم است.
۳. در نقطه هم ارزی قله نوک تیز ایجاد می شود.
۴. نیاز به پل نمکی ندارد و در نتیجه پتانسیل تماسی حذف می شود.

۱۵ - هنگام الکترولیز، امکان انجام کدام واکنش در آند وجود دارد؟

۱. مس (II) به مس فلزی
۲. سرب (II) به سرب (IV)
۳. منگنز (IV) به منگنز (II)
۴. آهن (III) به آهن (II)

۱۶ - در مورد اضافه ولتاژ فعالسازی کدام گزینه درست است؟

۱. مقدار اضافه ولتاژ فعالسازی به جنس الکترود و حالت فیزیکی آن بستگی ندارد و به مساحت سطح الکترود، درجه حرارت و دانسیته جریان بستگی دارد.
۲. این اضافه ولتاژ از اختلاف غلظت آنالیت در مجاور سطح الکترود، به علت واکنش الکترودی و توده محلول ناشی می شود.
۳. این اضافه ولتاژ از مرحله کند واکنش های الکترودی ایجاد می شود و در حالت هایی که آزاد شدن گاز در الکترود اتفاق می افتد، حاصل می شود.
۴. در اثر واکنش های مختلف مزاحم که در آند و کاتد اتفاق می افتد، ایجاد شده و با استفاده از یک کاتالیزور می توان آن را کاهش داد.

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی:

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی:

عنوان درس: شیمی تجزیه ۲

رشته تحصیلی/آرد درس: شیمی (شیمی تجزیه)، شیمی (کاربردی)، شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۰۲۳

۱۷ - الکترولیز ۲۰ میلی لیتر محلول سولفات مس $0/001\text{M}$ مولار به مدت ۳۰ دقیقه در جریان ثابت 2A امپر انجام شده است. غلظت سولفات مس در محلول نهايی کدام است؟ عدد فاراده 96500C کولن است.

۳.۷×10⁻⁵ M . ۴

۱.۹×10⁻⁵ M . ۳

۱.۳×10⁻⁶ M . ۲

6.7×10⁻⁵ M . ۱

۱۸ - کدام روش الکتروتجزیه ای در مجموعه روش های ماکروالکترولیز است؟

۱. کولن سنجی

۲. پلاروگرافی

۳. ولتا متري چرخه ای

۱۹ - مهمترین نقش الکترولیت کمکی (بی تفاوت) در روش پلاروگرافی چیست؟

۱. افت اهمی را کم و جریان الکتریکی قابل ملاحظه ای از محلول عبور کند.

۲. نقاط ماکزیممی را که در پلاروگرام ایجاد می شوند، حذف کند.

۳. سهم جریان نفوذ را زیاد و سهم جریان مهاجرت را کاهش دهد.

۴. سهم جریان مهاجرت را نسبت به جریان های نفوذ و همرفت افزایش دهد.

۲۰ - کدام گزینه تعریف صحیح پلاروگرافی است؟

۱. نوعی پتانسیل سنجی است که در آن الکترود کار الکترود قطره جیوه است.

۲. نوعی ولتا متري است که در آن از الکترود دیسک چرخان به عنوان الکترود کار استفاده می شود.

۳. نوعی آمپرسنجی است که در آن الکترود قطره جیوه به عنوان الکترود کار در آند استفاده می شود.

۴. نوعی ولتا متري است که در آن الکترود قطره جیوه به عنوان الکترود کار در کاتد استفاده می شود.

۲۱ - در مورد I_d در پلاروگرافی، کدام گزینه درست است؟

۱. با افزایش غلظت آنالیت، I_d زیاد می شود.۲. I_d به ماهیت آنالیت بستگی دارد و برای تجزیه کیفی استفاده می شود.۳. هرچقدر غلظت آنالیت کم باشد، I_d بیشتر می شود.۴. با استفاده از اندازه گیری I_d علاوه بر شناسایی آنالیت، مقدار آن را نیز می توان تعیین کرد.

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی:

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی:


عنوان درس: شیمی تجزیه ۲

رشته تحصیلی: داد درس: شیمی (شیمی تجزیه)، شیمی (کاربردی)، شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۰۲۳

۲۲ - در مورد مقایسه روش های پلازوگرافی و ولتاوتمتری الکترود جامد، کدام گزینه درست است؟

۱. در هر دو روش، فرایند انتقال جرم توسط نفوذ انجام می شود.
۲. فرایند انتقال جرم در پلازوگرافی توسط نفوذ و در ولتاوتمتری الکترود جامد توسط نفوذ و همرفت انجام می شود.
۳. در هر دو فرایند انتقال جرم توسط نفوذ و مهاجرت انجام می شود.
۴. در هر دو روش، همرفت در فرایند انتقال جرم تاثیر ندارد، بلکه در پلازوگرافی نفوذ و در ولتاوتمتری الکترود جامد، مهاجرت نقش دارد.

۲۳ - کدام گزینه در مورد نمودار سنجش آمپرومتری زیر درست است؟



۱. در پتانسیل اعمال شده آنالیت و محصول الکتروفعال نیستند، ولی تیتر کننده الکتروفعال است.
۲. در پتانسیل اعمال شده آنالیت و تیتر کننده الکتروفعال نیستند، ولی محصول الکتروفعال است.
۳. در پتانسیل اعمال شده محصول و تیتر کننده الکتروفعال نیستند، ولی آنالیت الکتروفعال است.
۴. در پتانسیل اعمال شده آنالیت، محصول و تیتر کننده الکتروفعال نیستند، ولی شناساگر الکتروفعال است.

۲۴ - کدام الکترود، الکترود pH سنجی نیست؟

۱. الکترود هیدروژن
۲. الکترود شیشه ای
۳. الکترود نقره - نقره کلرید
۴. الکترود کینهیدرون

۲۵ - اگر پیلی به صورت $\text{Fe} | \text{Fe}^{+2}(0.1M) \parallel \text{Cd}^{+2}(0.001M) | \text{Cd}$ مرتب شده باشد، نیروی الکتروموتوری پیل را تعیین

$$(E_{\text{Fe}^{+2}/\text{Fe}}^{\circ} = -0.44V, E_{\text{Cd}^{+2}/\text{Cd}}^{\circ} = -0.40V)$$

۱. ۰/۰۲ - ولت
۲. ۰/۰۶ - ولت
۳. ۰/۰۷ - ولت
۴. ۰/۹ - ولت

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی:

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی:

عنوان درس: شیمی تجزیه ۲

رشته تحصیلی/آرد درس: شیمی (کاربردی)، شیمی (کاربردی)، شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۰۲۳

۶۶ - کدام گزینه در مورد سنجش های کولن سنجش صحیح است؟

۱. کولن سنجی در پتانسیل کنترل شده است.
۲. سنجش های کولن سنجی برای سنجش های تشکیل کمپلکس به کار نمی رود.
۳. کولن سنجی در جریان کنترل شده است.
۴. یک روش مبتنی بر الکترولیز است که در پتانسیل ثابت انجام می شود.

۶۷ - کدام روش الکتروتجزیه ای هم یک روش جداسازی و هم یک روش تجزیه کمی است؟

۲. کولن سنجی در پتانسیل ثابت
۴. کولن سنجی در جریان ثابت
۱. پلاروگرافی
۳. الکترووزنی

۶۸ - چرا الکترولیز محلول مس (II) در روش الکترووزنی، اغلب در محیط اسید نیتریکی به خوبی عملی می شود؟

۱. زیرا پتانسیل کاهش مس در محیط اسید نیتریکی، کمتر بوده و یون مس (II) زودتر به فلز مس کاهش می یابد.
۲. یون نیترات در پتانسیل کمتری نسبت به یون هیدروژن در کاتد کاهیده و به یون آمونیم تبدیل و باعث چسبنده شدن رسوب می شود.
۳. در محیط اسید نیتریکی اکسایش آب در آند و آزاد شدن اکسیژن بهتر انجام می شود.
۴. انحلال مس در اسید نیتریک کامل است و لذا راندمان روش تجزیه زیاد است.

۶۹ - در مورد هدایت الکتریکی یک محلول کدام گزینه صحیح است؟

۱. هدایت الکتریکی یک محلول تابع غلظت یون ها و نوع یون های موجود در محلول است، ولی به درجه حرارت بستگی ندارد.
۲. هدایت الکتریکی یک محلول مجموع هدایت های همه یون های موجود در آن محلول است.
۳. هدایت الکتریکی یک محلول با ثابت سلول هدایت سنج رابطه مستقیم و با هدایت مخصوص رابطه عکس دارد.
۴. هدایت الکتریکی یون های بزرگتر و با بار کمتر بیشتر است.

سری سوال: ۱ یک


زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۱۲۰ تشریحی:

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی:

عنوان درس: شیمی تجزیه ۲

رشته تحصیلی/داد درس: شیمی (شیمی تجزیه)، شیمی (کاربردی)، شیمی گرایش محض ۱۱۱۴۰۲۳

۳۰ - نمودار تیتراسیون هدایت سنجی زیر مربوط به کدام مورد است؟



۱. اسید ضعیف مانند اسید استیک با باز قوی مانند سود
۲. اسید قوی مانند اسید کلریدریک با باز قوی مانند سود
۳. اسید ضعیف مانند اسید استیک با باز ضعیف مانند آمونیاک
۴. باز ضعیف مانند آمونیاک با اسید قوی مانند اسید کلریدریک